

# 検査結果報告書

報告書番号 E-12039

発行日 平成24年5月17日

株式会社 エコロジカル・サポート 殿

株式会社 環境科学  
〒399-0033長野県松本市大字笹賀7170-3  
TEL(0263)88-8808 ・ FAX(0263)88-8807  
作業環境測定機関登録 長野県第20-15号  
環境計量証明事業 長野県第41号(濃度)  
第80号(騒音レベル) 第81号(振動レベル)

御依頼による試料の検査結果を報告致します。

1. 件名 燃え殻の放射性物質濃度測定調査
2. 採取者 (株)エコロジカル・サポート 三沢 (試料受付日:平成24年5月11日)
3. 採取場所 (株)エコロジカル・サポート 第1工場
4. 試料名称 燃え殻
5. 検査方法 NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトリー
6. 検査機器 NaIシンチレーション検出器

7. 結果

検査項目	検査結果	検出限界値	基準値
131-ヨウ素( <sup>131</sup> I)	不検出	11Bq/kg	***
134-セシウム( <sup>134</sup> Cs)	不検出	15Bq/kg	***
137-セシウム( <sup>137</sup> Cs)	不検出	14Bq/kg	

- 備考 1、検査結果の不検出の表示は、検出限界値未満を示します。  
2、測定時間は、1800秒