

検査結果報告書

報告書番号 E-13075

発行日 平成25年7月12日

株式会社 エコロジカル・サポート 殿

株式会社 環境科学
〒399-0033 長野県松本市大字笹賀7170-3
TEL(0263)88-8808 ・ FAX(0263)88-8807
作業環境測定機関登録 長野県第20-15号
環境計量証明事業 長野県第41号(濃度)
第80号(騒音レベル) 第81号(振動レベル)

御依頼による試料の検査結果を報告致します。

1. 件名 放射性物質濃度測定調査
2. 採取者 (株)エコロジカル・サポート 三沢 (試料受付日:平成25年7月9日)
3. 採取場所 (株)エコロジカル・サポート 第1工場
4. 試料名称 ばいじん
5. 検査方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン「平成23年12月 第1版 環境省」
NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトリー
6. 検査機器 NaIシンチレーション検出器

7. 結果	検査項目	検査結果	検出限界値	基準値
	131-ヨウ素(¹³¹ I)	不検出	30Bq/kg	***
	134-セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出	30Bq/kg	***
	137-セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出	30Bq/kg	

- 備考
- 1、現物あたりの測定値を示します。
 - 2、検査結果の不検出の表示は、検出限界値未満を示します。